MATRIX MTA+

Matryca do MTA+

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

PRZEZNACZENIE:
Matryca Matrix MTA+ służy do formowania aplikacyjnej dawki zarobionego materiału MTA+ przed umieszczeniem w ubytku lub kanale.


SPOSÓB UŻYCIA:
Przygotować materiał MTA+ zgodnie z instrukcją użycia producenta dołączoną do wyrobu MTA+.
Na każdej ze ścianek matrycy Matrix MTA+ znajdują się zagłębienia o określonej opisem średnicy od 0,7 mm do 1,0 mm.
Przygotowany materiał należy umieścić na ściance matrycy w taki sposób, aby wypełnił on wybrane zagłębienia. Używając wybranego sterylnego narzędzia pobrać uformowany materiał z matrycy.











PRZECIWWSKAZANIA:
Nie należy pozostawiać materiału w matrycy, należy zużyć przygotowany materiał w ciągu 10 minut od zarobienia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Stosować się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji użycia wyrobu MTA+.

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM:
Przed użyciem: przetrzeć alkoholem izopropylowym lub etylowym.

Po użyciu: usunąć resztki materiału MTA+ za pomocą szczoteczki i wody z detergentem.
Umyty MATRIX przetrzeć alkoholem izopropylowym lub etylowym.

Poddanie wyrobu sterylizacji w 121°C w cyklu parowym, nie wpływa na zmianę jego cech fizycznych (kształt, wymiar).

ZAJRZYJ DO INSTRUKCJI UŻYWANIA

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 00 48 15 842 35 85

Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2016/3